



**Valvira**

Sosiaali- ja terveysalan  
lupa- ja valvontavirasto

# Ajankohtaista Valvirassa Toimittajayhteistyökokous

Essi Haglund, ylitarkastaja

16.11.2022

# Rekisteri-ilmoitus aloittaa rekisteröintiprosessin

- Rekisteröinti alkaa, kun **tietojärjestelmäpalvelun tuottaja** lähettää Valviraan **rekisteri-ilmoituksen**
  - Löydät rekisteri-ilmoituksen Valviran [Rekisteröi tietojärjestelmä](#) -sivulta
- Asiakastietolain mukaan Valviran tietojärjestelmärekisterissä on oltava tieto mm. luokkaan A kuuluvien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden testausten tuloksista ([AsTL 30 §:n 2 mom. 2 k.](#))
  - Vaikka Kela toimittaa Valviraan yhteistestauslausunnon, rekisteröinti tapahtuu tietojärjestelmäpalvelun tuottajan tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella
    - Valitse rekisteri-ilmoituksesta Rekisteritietojen muutos -kohta ja kirjoita avautuvaan kenttään se yhtitestaus/ne yhteistestaukset, jotka järjestelmä on hyväksytysti suorittanut (+ muut mahdolliset muutokset)
- [Rekisteröi asiakastietolain mukainen tietojärjestelmä](#) -sivulta löydät lisätietoa mm. rekisteri-ilmoituksen tekemisestä, Valviralle ilmoitettavista muutoksista sekä rekisteröinnistä perittävistä maksuista

# Sertifioinnin uusiminen 1/3

- [THL:n määräyksen 4/2021 luvun 10](#) mukaan tietojärjestelmäpalvelun tuottajan on otettava yhteyttä valitsemaansa tietoturvallisuuden arviointilaitokseen ja Kelaan **viimeistään kuusi kuukautta** ennen voimassa olevan tietoturvallisuustodistuksen vanhenemista
- Jos tietojärjestelmään sovellettiin [THL:n määräystä 1/2022](#), on sertifioinnin oltava kokonaisuudessaan valmis ennen **31.12.2022**
  - Puuttuva yhteistestaus/puuttuvat yhteistestaukset ja tietoturvallisuuden arviointi suoritettu
- Yhteistestaukseen ja/tai tietoturvallisuuden arviointiin hakeutuessa [THL:n järjestelmälomake](#) on täytettävä huolellisesti. Käytä apuna THL:n profiili-Exceleitä ja [määräyksen 4/2021 lukua 6](#) (*Tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kuvaaminen ja selvitys olennaisten vaatimusten täyttämisestä*)
  - Jos järjestelmälomakkeessa on puutteita tai virheitä, ne on korjattava.
  - Valvira tarkistaa järjestelmälomakkeelta, että tietojärjestelmä täyttää järjestelmän profiilin mukaiset pakolliset vaatimukset ennen tietojen päivittämistä Valviran tietojärjestelmärekisteriin (AsTL 40 §:n mom.)
- **Varaa uudelleensertifioinnille riittävästi aikaa!**

# Sertifioinnin uusiminen 2/3

## 1. Luokat A2 ja A3: Vaaditut toiminnot (toiminnallisuudet ja tietosisällöt)

- Tietojärjestelmäpalvelun tuottaja on velvoitettu seuraamaan olennaisten vaatimusten muutoksia ja tehtävä muutosten edellyttämät korjaukset tietojärjestelmäänsä ([AsTL 32 §:n 2 mom.](#))
  - Jos tietojärjestelmästä puuttuu säännöksiin perustuvia toimintoja, ne on toteutettava järjestelmään ja yhteistestattava hyväksyttävästi ennen tietoturvallisuustodistuksen myöntämistä ([THL:n määräys 4/2021, luku 10](#))
    - Vaadituista toiminnoista määräaikoineen säädetään esim. [asiakastietolain 52 §:ssä](#) (siirtymäsäännökset)
  - Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan on toimitettava Kelalle ajantasainen tieto siitä, mitkä Kanta-palveluihin liittyvistä yhteistestattavista vaatimuksista on toteutettu ja mihin määrittelyversioihin toteutukset perustuvat ([THL:n määräys 4/2021, luku 10](#))

# Sertifioinnin uusiminen 3/3

## 2. Luokat A1, A2 ja A3: Tietoturvaluustodistuksen uusiminen

- Tietoturvaluustodistus on uusittava ennen voimassa olevan tietoturvaluustodistuksen vanhenemista.
  - Voimassa [THL:n määräyksen 5/2021 mukaiset tietoturvaluustodistukset](#)
- Jos tietojärjestelmän tietoturvaluustodistus on vanhentunut, Valvira merkitsee rekisteriin merkittävän poikkeaman ([AsTL 30 §:n 2 mom. 4 k.](#)). Valvira selvittää asiaa valvontatehtävänsä mukaisesti
  - Jos tietoturvaluustodistus on vanhentunut, tietojärjestelmää ei saa ottaa tuotantokäyttöön ([AsTL 31 §:n 2 mom.](#))

## 3. Rekisteri-ilmoitus Valviraan

- Kun uudelleensertifiointi on valmis, tee Valviralle rekisteri-ilmoitus ja liitä siihen tarvittavat liitteet
  - Merkittävä poikkeama poistetaan uudelleensertifiointin rekisteröinnin yhteydessä
  - Löydät tietoa rekisteröinnistä [THL:n määräyksen 4/2021 luvusta 8](#) (Tietojärjestelmän rekisteröinti)
- **Huomaa, että rekisteri-ilmoituksen käsittely Valvirassa vaatii aikaa**

# Muuta ajankohtaista

- Rekisteri-ilmoitus on uusittu ja se ohjautuu suoraan Valviran kirjaamoon
- Poikkeamailmoitukseen on tehty turvalomake, joka löytyy [Ilmoita poikkemasta](#) -sivulta
  - Ohjautuu suoraan Valviran kirjaamoon
- Valvira lähetti lokakuun alussa luokan A ja B tietojärjestelmäpalvelun tuottajille ”*Valviran tietojärjestelmärekisterissä olevan tietojärjestelmän tietojen tarkastaminen*” -kirjeen
  - Tärkeää, että tietojärjestelmän tiedot ovat ajan tasalla Valviran tietojärjestelmärekisterissä



**Valvira**

Sosiaali- ja terveysalan  
lupa- ja valvontavirasto

# Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@valvira.fi

valvira.fi

@ValviraViestii

**Vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat**